

体内脂肪測定器<中> *1台

! ペースメーカーを装着している方は
使用できません。

* 身長測定はできません。 測定前に手入力が必要です。

<測定結果印刷例>



TANITA	
体組成計BC-118	
00/01/02	12:34
体型モード	スタンダード
性別	女性
身長	158.0cm
体重	48.5kg
脂肪率	22.9%
脂肪量	11.1kg
除脂肪量	37.4kg
体水分量	27.4kg
BMI	19.4
標準体重	54.9kg
肥満度	-11.7%
体脂肪率適正範囲	17.0~24.0%
	7.7~11.8kg
インピーダンス	685Ω
全身	685Ω
右足	260Ω
右腕	387Ω
左腕	399Ω
部位別測定データ	
右足	
体脂肪率	28.1%
脂肪量	2.6kg
除脂肪量	6.6kg
推定筋肉量	6.1kg
左足	
体脂肪率	28.2%
脂肪量	2.6kg
除脂肪量	6.7kg
推定筋肉量	6.2kg
右腕	
体脂肪率	16.7%
脂肪量	0.4kg
除脂肪量	1.9kg
推定筋肉量	1.7kg
左腕	
体脂肪率	17.8%
脂肪量	0.4kg
除脂肪量	1.8kg
推定筋肉量	1.6kg
体幹部	
体脂肪率	20.1%
脂肪量	5.2kg
除脂肪量	20.6kg
推定筋肉量	19.1kg

★全身及び部位別（左右足腕、体幹部）測定

- ・ 体重
- ・ 体脂肪率
- ・ 脂肪量
- ・ 除脂肪量
- ・ 推定筋肉量

★測定は素足で行います。

サイズ : 120×60×70
収納箱 : あり
測定補助人数 : 1人
測定時間 : 約3分

★収納箱に入っておりますが、サイズが
とても大きいのでご注意ください！

★推定筋肉量
脂肪量と骨塩量を除く組織量
(bone-free lean tissue mass: LTM)
のことです。